

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

A/A	ΔΟΚΙΜΗ	UNIT	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	AFP	ng/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,605-1210 ng/ml
2	CA 125	U/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,6-5000 U/ml
3	CA 15-3	U/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	1,00-300 U/ml
4	CA 19-9	U/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,600-1000 U/ml
5	CEA	ng/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,200-1000 ng/ml
6	ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ	µg/dl	ELECSYS 2010 (ROCHE) & COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ-(ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,018-63,4 µg/dl
7	ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ	ng/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,640-20,0 ng/ml
8	FSH	mIU/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,100-200 mIU/ml
9	hCG	mIU/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,030-50 ng/ml
10	LH	mIU/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,100-200 mIU/ml
11	ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ	ng/ml	ELECSYS 2010 (ROCHE) & COBAS 6000 (ROCHE)	ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,030-60,0 ng/ml
12	ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ	ng/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,0470-470 ng/ml
13	Free PSA	ng/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,010-50 ng/ml
14	TOTAL PSA	ng/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,003-100 ng/ml
15	ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ	ng/ml	ELECSYS 2010 (ROCHE) & COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,025-15,0 ng.ml
16	ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12	pg/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	30,0-2000 pg/ml
17	IgE	IU/ml	ELECSYS 2010 (ROCHE) & COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,100-2500 IU/ml
18	ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ	pg/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	5,00-4300 pg/ml
19	ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ	mIU/ml	ELECSYS 2010 (ROCHE) & COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ECLIA)	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,200-1000 mIU/ml
20	TOTAL T3	nmol/l	COBAS 6000 (ROCHE)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA)- Ανοσοχημική μέθοδος - Ανταγωνιστική	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,3-10 nmol/l
21	TOTAL T4	µg/dl	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ECLIA)- ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,42-24,86 µg/dl
22	TSH	µIU/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ECLIA)-ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ-ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 3ης ΓΕΝΙΑΣ	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,005-100 µIU/ml
23	FREE T3	pg/ml	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ECLIA) - ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,260-32,6 pg/ml
24	FRRE T4	ng/dl	COBAS 6000 (ROCHE)	ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ECLIA) - ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	0,023-7,77 ng/dl